

谈判产品目录

谈判标项号	产品名称	产品描述及要求	相关科室
1	灭菌快速生物指示剂	提供配套的灭菌快速生物阅读器，培养时间小于等于30分钟。每个培养孔独立荧光读头，LCD显示屏显示结果，中文界面，支持网络连接功能，有阳性报警功能。配套耗材有效期12-24个月。配专用挤碎器。有设备耗材验证报告，报告上有明确的菌量、D值、存活时间、灭活时间。	供应室，手术室
2	新冠病毒核酸检测试剂（快速检测）	1.性能参数应在实验室内验证通过，最低检出限 ≤ 500 copies/ml。2.根据检出时间 ≤ 30 分钟。3.方法学：荧光定量PCR方法。	检验科

备注：我院将优先选择在浙江省药械采购平台上有阳光采购代码的产品。