

谈判产品目录

谈判标项号	产品名称	产品描述及要求	相关科室
1	新冠病毒核酸检测试剂（快速检测）	1.性能参数通过实验室内部验证，最低检出限不高于500copies/ml； 2.检出时间不高于60min； 3.方法学：荧光定量PCR方法； 4.配套检测方案能满足荧光检测通道不少于16通道。	医学检验中心

备注： 我院将优先选择在浙江省药械采购平台上有阳光采购代码的产品。